

检验报告
Certificate of Analysis

No. COA20260109001

产品名称 Product Name	血细胞分析仪用校准物(光学法) SC-CAL PLUS Hematology Calibrator	REF	N/A
批号 Lot No.	PLUS0226	型号 Model of the Reagent	SC-CAL PLUS
物料编码 Material Code	105-003223-00	包装规格 Package Size	3 mL×2
生产日期 Manufacture Date	2026-01-05	有效期 Expiry date	2026-03-05
标准依据 Standard basis	产品检验规范 Specification for Product Inspection		

检测项目 Subjects	接受标准 Accept criteria	检测结果 Results	结果判定 Conclusion
1、外观性状 Appearance			
外观 Appearance	应作为一种足够均匀的类血液物质，红色或暗红色液体，不得有凝块。 It should be a sufficiently homogeneous blood-like substance, red or dark red liquid, without any clots.	符合标准/Qualified	符合/Pass
2、装量 Volume			
装量 Volume	≥3ml	3ml	符合/Pass
3、性能 Performance			
	ESR≤5.0% (CV%)	ESR:0.45%	
瓶内均匀性 Uniformity in bottle	HGB≤1.0% (CV%)	HGB:0.76%	符合/Pass
	MCV≤0.5% (CV%)	MCV:0.18%	

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦 邮编：518057 电话：0755-8188 8998 传真：0755-26582680

Address: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com



